








Mahr MarWin 9.00-25 BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		16-May-26 1000 20:11:38 Controlador: --- Assinatura:																																																									
Peça: 33		Nº do desenho: 3 418 062 600																																																									
		Passo do processa.:																																																									
		inv.: 200000023278																																																									
Comentários: TRY OUT																																																											
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI  Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI  Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 																																																											
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 5.44 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -4.29 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N 																																																											
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 66.05 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N  Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 69.68 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N 																																																											
<table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.3452</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.2335</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.5010!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.4632!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.5974!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.2975!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.0301!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.0414!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.2095!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0970</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0552</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0505</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0543</td></tr></table>				Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)	C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.3452	C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.2335	C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.5010!	C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.4632!	C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	1.5974!	C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.2975!	C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	1.0301!	C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	1.0414!	C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.2095!	Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.0970	Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0552	Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0505	Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0543
Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)																																																								
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.3452																																																								
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.2335																																																								
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.5010!																																																								
C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.4632!																																																								
C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	1.5974!																																																								
C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.2975!																																																								
C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	1.0301!																																																								
C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	1.0414!																																																								
C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.2095!																																																								
Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.0970																																																								
Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0552																																																								
Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0505																																																								
Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0543																																																								