

Mahr MarWin 9.00-25		BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		17-May-26 1000 06:53:59 Controlador: --- Assinatura:	
Peça: 41		Nº do desenho: 3 418 062 600		Passo do processa.:	
				inv.: 200000023278	
Comentários:					
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade11 f 0° Exc: 0.42 µm, 148.01° 0.50 µm Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade22 f 0° Exc: 0.65 µm, 166.62° 0.50 µm Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade33 f 0° Exc: 0.39 µm, 138.28° 0.50 µm					
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 7.42 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_0_1_f (2)retitude_180_1_f 0.50 µm 5.000 mm		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -1.12 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_90_1_f (2)retitude_270_1_f 0.50 µm 5.000 mm		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 68.99 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_180_0_1_f 2.00 µm 4.443 mm	
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 69.62 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_270_0_1_f 2.00 µm 4.443 mm					
Elemento avaliado		Tipo		Tolerância (µm)	
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm		☐		0.5000	
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm		☐		0.5000	
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm		☐		0.5000	
C98 - Retitude - 0°		☐		1.0000	
C98 - Retitude - 180°		☐		1.0000	
C334 - Paralelismo 0° / 180°		☐		1.0000	
C98 - Retitude - 90°		☐		1.0000	
C98 - Retitude - 270°		☐		1.0000	
C334 - Paralelismo 90° / 270°		☐		1.0000	
Retitude - 0° detalhe C		☐		2.0000	
Retitude - 90° detalhe C		☐		2.0000	
Retitude - 180° detalhe C		☐		2.0000	
Retitude - 270° detalhe C		☐		2.0000	
				Valor encontrado (µm)	
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm				0.4470	
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm				0.2906	
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm				0.3452	
C98 - Retitude - 0°				1.7018!	
C98 - Retitude - 180°				1.7701!	
C334 - Paralelismo 0° / 180°				1.4312!	
C98 - Retitude - 90°				1.1818!	
C98 - Retitude - 270°				1.7217!	
C334 - Paralelismo 90° / 270°				1.6635!	
Retitude - 0° detalhe C				0.0824	
Retitude - 90° detalhe C				0.0531	
Retitude - 180° detalhe C				0.0792	
Retitude - 270° detalhe C				0.1141	