

Mahr MarWin 9.00-25		BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		17-May-26 1000 07:09:28 Controlador: --- Assinatura:	
Peça: 43		Nº do desenho: 3 418 062 600		Passo do processa.:	
				inv.: 200000023278	
Comentários:					
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL Exc: 0.65 µm, 61.61° Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL Exc: 0.80 µm, 87.29° Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL Exc: 0.83 µm, 76.52°					
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 9.80 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N 0.50 µm 5.000 mm		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -5.38 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N 0.50 µm 5.000 mm		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 88.82 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N 2.00 µm 4.443 mm	
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 88.88 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N 2.00 µm 4.443 mm					
Elemento avaliado		Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)	
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm			0.5000	0.3978	
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm			0.5000	0.2421	
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm			0.5000	0.6585!	
C98 - Retitude - 0°			1.0000	1.5215!	
C98 - Retitude - 180°			1.0000	1.7509!	
C334 - Paralelismo 0° / 180°			1.0000	1.6179!	
C98 - Retitude - 90°			1.0000	1.4117!	
C98 - Retitude - 270°			1.0000	1.0838!	
C334 - Paralelismo 90° / 270°			1.0000	1.4622!	
Retitude - 0° detalhe C			2.0000	0.0812	
Retitude - 90° detalhe C			2.0000	0.0592	
Retitude - 180° detalhe C			2.0000	0.0716	
Retitude - 270° detalhe C			2.0000	0.0714	