

Mahr MarWin 9.00-25 BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		17-May-26 1000 08:36:56 Controlador: --- Assinatura:		
Peça: 53		Nº do desenho: 3 418 062 600		
		Passo do processa.:		
		inv.: 200000023278		
Comentários:				
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL Exc: 0.40 µm, 249.56° Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL Exc: 0.48 µm, 219.91° Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL Exc: 0.37 µm, 195.75°				
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 15.86 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Trajetória de medição		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -2.79 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Trajetória de medição		
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 108.18 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Trajetória de medição		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 90.703 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Trajetória de medição		
Elemento avaliado		Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.5143!	
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.2841	
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.5354!	
C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.9138!	
C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	2.0195!	
C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.9997!	
C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	1.7046!	
C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	1.8502!	
C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.6616!	
Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.0758	
Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0803	
Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.1109	
Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.1071	

Intervalo lin.: 0.0200 mm
filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 108.18 µm/m

Amplificação: 3
Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm
F: 0.04 N

Intervalo lin.: 0.0200 mm
filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 90.17/03 µm/m

Amplificação: 3
Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm
F: 0.04 N