

Mahr MarWin 9.00-25		BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		17-May-26 1000 09:54:25 Controlador: --- Assinatura:	
Peça: 62		Nº do desenho: 3 418 062 600		Passo do processa.:	
				inv.: 200000023278	
Comentários:					
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtro: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade11 f 0° Exc: 0.59 µm, 271.42° 0.50 µm Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtro: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade22 f 0° Exc: 0.52 µm, 254.93° 0.50 µm Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtro: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade33 f 0° Exc: 0.63 µm, 259.92° 0.50 µm					
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 13.07 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_0_1_f (2)retitude_180_1_f 0.50 µm 5.000 mm		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 1.16 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_90_1_f (2)retitude_270_1_f 0.50 µm 5.000 mm		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 79.28 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_270_0_1_f 2.00 µm 4.443 mm	
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 992204 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_180_0_1_f 2.00 µm 4.443 mm		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 79.28 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_270_0_1_f 2.00 µm 4.443 mm			
Elemento avaliado		Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)	
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm			0.5000	0.5387!	
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm			0.5000	0.2647	
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm			0.5000	0.5741!	
C98 - Retitude - 0°			1.0000	1.7088!	
C98 - Retitude - 180°			1.0000	1.6807!	
C334 - Paralelismo 0° / 180°			1.0000	1.6921!	
C98 - Retitude - 90°			1.0000	1.5042!	
C98 - Retitude - 270°			1.0000	1.3131!	
C334 - Paralelismo 90° / 270°			1.0000	1.4904!	
Retitude - 0° detalhe C			2.0000	0.0621	
Retitude - 90° detalhe C			2.0000	0.0855	
Retitude - 180° detalhe C			2.0000	0.0895	
Retitude - 270° detalhe C			2.0000	0.1049	