
Manual de instrucciones de instalación y uso de: Ducto de suministro

Rev.03



Fabricado por: Famox S.A.
Av. Lisandro de la Torre 2371
(1440) - C.A.B.A. - Argentina
www.Famox.com.ar

Empresa habilitada por:

anmat
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

IRAM IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION
GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI 9000-9009
IRAM-ISO 9001:2015

IRAM IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
RI 13485-047
IRAM-ISO 13485:2019

Ducto de suministro

Condición de uso:
Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Responsable Técnico:
Diego Fontana Bioing. Mat. COPITEC: 5611

Producto autorizado por ANMAT:
PM-1207-1

El producto ha sido diseñado en conformidad con las normas internacionales:
IEC 60601-1

Transporte y almacenamiento:	Condiciones de uso:
Temperatura ambiente: de -25 ºC a 70 ºC Humedad relativa: de 10 a 85% Presión atmosférica: de 500 a 1080 hPa No almacenar al aire libre No someter el dispositivo a vibración	Temperatura ambiente: de 10 ºC a 40 ºC Humedad relativa: de 30 a 95% - Sin condensación Presión atmosférica: de 700 a 1080 hPa No conectar a una presión mayor a 10 bar.

Simbología utilizada



Consúltense las instrucciones de uso




No fumar



No usar aceite




No debe eliminarse ni desecharse con el resto de la basura doméstica



Hasta 2 cajas apilables



Frágil



Hacia arriba



Proteger de la humedad

Advertencias y precauciones

- **Este manual acompaña a un Ducto completamente nuevo y sin uso.**
- **Retire el producto del embalaje y examínelo para ver si está dañado. Si hubiera algún daño no lo use. Póngase en contacto con el proveedor del equipo.**
- **Este manual contiene instrucciones para que el profesional instale y utilice el Ducto de gases. Se lo proporcionamos por su propia seguridad y para evitar que el equipo sufra daños. Si no entiende este manual, no use el equipo y póngase en contacto con el proveedor del mismo.**
- **Este equipo no está previsto para usarse como un soporte de vida para el paciente.**
- **Para evitar lesionar al paciente confirme siempre que la presión y/o el flujo sea el indicado antes de administrárselo, monitoree la presión y/o el flujo con frecuencia.**
- **No aplicar fuerza sobre el Ducto de gases. El exceso de fuerza sobre el mismo o el manipuleo inadecuado podría generar la rotura total.**
- **Use este producto sólo para su "uso previsto" según se describe en este manual.**
- **Controlar la correcta colocación del equipo, de no estar bien sujeto podría caerse provocando serios daños.**
- **Fije siempre de forma segura todos los dispositivos acoplados al Ducto de gases. Por razones de seguridad, no se permite realizar modificaciones o alteraciones de forma independiente en él.**
- **Respecto a los contactos potenciales con bacterias, los flexibles de aspiración, deben ser manipulados con precaución durante el mantenimiento.**
- **Las modificaciones sólo podrán ser realizadas por Famox S.A. o por un especialista autorizado.**
- **Famox S.A. recomienda un reemplazo Sistemático de los flexibles cada 2 años.**
- **Por razones de seguridad, se prohíbe realizar cualquier tipo de codificación o adaptación en el dispositivo sin el consentimiento previo de Famox S.A.**
- **Para reducir el riesgo de incendio o explosión:**
  - **No utilice en este equipo aceites, grasas, lubricantes ni otros materiales combustibles.**
  - **No lo use cerca de ningún tipo de llama, vapor o atmósfera inflamable/explosiva.**
  - **No fume en un lugar donde se esté administrando oxígeno.**
  - **Si la pintura sufre daños, debe retocarse de inmediato.**

1. Uso indicado

Los Ductos de gases son dispositivos concebidos para otorgar al médico acceso cercano a suministros necesarios para la acción terapéutica.
Están destinados a cualquier sector hospitalario que requieran de las prestaciones del mismo.

2. Instalación del sistema

A- Características

Para el armado completo del ducto contamos con dos partes, el gabinete de Ducto y el kit de la unidad terminal.




Imagen 01




Imagen 02

B- Montaje

Una vez evaluada la posición en el servicio correspondiente y habiendo observado el tipo de pared al cual va a ser montado, considerar los elementos de sujeción para cada una de estas ya sea mampostería, construcción en seco u hormigón.

Antes de conectar el Ducto de gases a la red, debe verificar que las manos o cualquier herramienta a utilizar estén limpias, exentas de aceite, grasa o lubricantes ya que estos en contacto con el gas proveniente de la red pueden provocar una explosión.

- **Paso 1:**
  Colocar el cuerpo principal del ducto en la posición elegida, nivelarlo y marcar la ubicación de los 4 agujeros a realizar para su fijación.

- **Paso 2:**
  Utilizar una broca apropiada a la superficie a perforar de Ø 6 mm.

- **Paso 3**:
  Colocar los tarugos.

- **Paso 4:**
  Centrar los agujeros realizados en el ducto con los realizados en la superficie de apoyo y ajustar los tornillos.

- **Paso 5:**
  Retirar la puntera del ducto fijada con tornillos.

- **Paso 6:**
  Tomar el kit de la unidad terminal, y deslizar la omega a través de las guías internas previstas en el cuerpo de ducto hasta la posición deseada.

- **Paso 7:**
  Conectar el tubo de poliamida ó el caño de cobre a la Unidad Terminal, de acuerdo al kit solicitado.

- **Paso 8:**
  Colocar la tapa al ducto, y pegar el Crystal Dome correspondiendo al gas.

- **Paso 9:**
  Colocar con tornillos la puntera retirada en el paso 5, y encastrar los laterales plásticos en cada extremo del Ducto.

- **Paso 10:**
  Realizar limpieza general del ducto una vez efectuado el montaje.

3. Funcionamiento

- Verificar que los gases indicados se condigan con su tipo.
- Roscar o encastrar el equipo de utilización.
- Regular presión o caudal según el equipo agregado a los niveles de uso del servicio.
- En caso de ser utilizado, incorporar al soporte previsto la jaula para el vaso colector elegido.

4. Mantenimiento:

Mantenimiento permanente:

- Ausencia de escamas de pintura
- Presencia y legibilidad de las etiquetas de identificación de las tomas de gases

Mantenimiento preventivo:

Para preservar el estado del Ducto, es preciso llevar a cabo las operaciones de mantenimiento y control una vez al año del modo siguiente:

- En periodo de garantía, por un técnico de **Famox S.A.** o de su distribuidor autorizado.
- En periodo fuera de garantía, por un técnico de **Famox S.A.** o de su distribuidor autorizado o del servicio técnico del hospital formados por **Famox S.A.**

Mantenimiento de las mangueras y tomas de gas:

Las tomas de gases deben recibir mantenimiento regularmente. **Famox S.A.** recomienda consultar los reglamentos vigentes aplicables en cada país. Las mangueras utilizadas para la alimentación del gas con fines médicos deben estar en conformidad con la reglamentación en vigor en cada país. Las mangueras utilizadas para la alimentación del gas con fines médicos o de aspiración deben ser controladas y reemplazadas según las reglamentaciones aplicables en cada país. Después de toda modificación o reemplazo de un flexible de gas o de aspiración, deben efectuarse las pruebas de Estanqueidad y de Obstrucción.

Nota: Puede contactar con **Famox S.A.** si necesita más información acerca de la reparación.

5. Limpieza e higiene:

- No utilizar agua en ninguna de las etapas de limpieza
- El usuario debe contactar a los especialistas sanitarios de su establecimiento. Se deben respetar los productos y los procedimientos recomendados.
- En caso de dudas respeto a la compatibilidad de los agentes activos a utilizar, contactar el servicio de postventa **Famox S.A.** local.
- Desconectar todas las tomas de los gases conectadas a las cabezas de distribución.

Instrucciones generales

- Limpie el sistema utilizando un paño humedecido en productos de fácil evaporación como por ejemplo: alcohol, solución limpiadora en base a alcohol etílico, etc., u otros productos cuyas guías bases de dilución y temperatura recomendadas por el fabricante no dañen los elementos del equipo ni su pintura.
- No rociar nunca el dispositivo de manera directa.
- Aplique uniforme y homogéneamente el producto desinfectante observando las instrucciones del fabricante.
- Deje que seque.
- Los sistemas son estancos y por lo tanto no permiten que penetre suciedad. No es necesario limpiar el interior del Ducto. El interior del mismo sólo puede ser limpiado y desinfectado por técnicos de servicio al cliente de Famox S.A., ya que en otro caso el equipo puede verse dañado.
- Si la pintura sufre daños, debe retocarse de inmediato.
- Puede contactar con Famox S.A. si necesita más información acerca de la reparación.
- En el mercado existen numerosos productos de limpieza y desinfección. Es importante comprobar la compatibilidad de los mismos con los materiales presentes en el producto Famox S.A.: policarbonato, ABS, PC, PVC, acero, aluminio pintado y silicona. En caso de duda, contacte con el servicio posventa.

6. Localización y reparación de fallas

En caso de manifestarse inconvenientes técnicos o desperfectos con el Sistema contacte al Servicio Técnico de la entidad donde está instalado el dispositivo o contacte con el servicio posventa de Famox S.A.

Nunca intente abrir el dispositivo usted mismo.
Independientemente de abrirse el dispositivo,
el mismo perderá la garantía otorgada.

7. Eliminación del sistema

- Este equipo no debe eliminarse con los residuos domésticos ya que debería ser objeto de una selección con vistas a su valorización, reutilización o reciclaje
- Debe cumplirse con las normas del medio ambiente en vigor respecto al reciclado y a la destrucción del producto.
- Una atención particular debe tomarse para el tratamiento de los productos usados. Los desechos tienen que ser tratados según la reglamentación nacional.

8. Normas aplicadas

- **UNE-EN ISO 9170-1:** Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.
- **UNE-EN 60601-1:** Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial