Manual de instrucciones de instalación y uso de: Lámpara LED para examinación

Rev.00



Importado por: Famox S.A.
Av. Lisandro de la Torre 2371
(1440) - C.A.B.A. - Argentina
www.Famox.com.ar

Empresa habilitada por:

anmat
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

IRAM IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION
GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI 9000-9009
IRAM-ISO 9001:2015

IRAM IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
RI 13485-047
IRAM-ISO 13485:2019

Lámpara LED para examinación

Condición de uso:

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Responsable Técnico:

Diego Fontana Bioing. Mat. COPITEC: 5611

Producto autorizado por ANMAT:

PM-1207-21

Fabricado por Ningbo Justop Med.Inst.Co.LTD para FAMOX S.A.

Transporte y almacenamiento:	Condiciones de uso:
No almacenar al aire libre. No someter el dispositivo a vibración. Temperatura ambiente: de -20 ºC – 60 ºC Humedad relativa: de 10 - 85 %	Temperatura ambiente: de 20 ºC a 30 ºC Humedad relativa: de 30 - 95 %; sin condensación

Simbología utilizada



Consúltense las instrucciones de uso




No fumar



No usar aceite




No debe eliminarse ni desecharse con el resto de la basura doméstica



Hasta 2 cajas apilables



Frágil



Hacia arriba



Proteger de la humedad

Advertencias y precauciones

- **Este manual acompaña a una lámpara LED de examinación completamente nueva y sin uso.**
- **Este manual contiene instrucciones para que el profesional instale y utilice. Se lo proporcionamos por su propia seguridad y para evitar que el equipo sufra daños. Si no entiende este manual, NO USE el equipo y póngase en contacto con el proveedor del equipo. El no cumplimiento de estos procedimientos de seguridad podrá causar serios daños materiales y humanos.**
- **Retire el producto del embalaje y examínelo para ver si está dañado. Si hubiera algún daño no lo use. Póngase en contacto con el proveedor del equipo.**
- **El manejo del dispositivo debe ser realizado por personal médico o paramédico que haya recibido la formación necesaria.**
- **Este equipo no debe eliminarse con los residuos domésticos ya que debería ser objeto de una selección con vistas a su valorización, reutilización o reciclaje**
- **Debe cumplirse con las normas del medio ambiente en vigor respecto al reciclado y a la destrucción del producto.**
- **Este equipo sólo debe ser utilizado por personal que haya aprendido a usarlo y que haya recibido instrucciones para hacerlo.**
- **No altere el ajuste de fábrica.**
- **NO esterilice en autoclave.**
- **NO esterilice con óxido de etileno (ETO).**
- **NO limpie con hidrocarburos aromáticos.**
- **NO sumerja el producto en ningún tipo de líquido. Esto anulará la garantía.**
- **Guarde el producto en un lugar limpio cuando no lo esté usando.**
- **NO utilice aceites, grasas, lubricantes orgánicos ni otros materiales combustibles en este producto ni cerca de él.**
- **NO lo use cerca de ningún tipo de llama o sustancia, vapor o atmósfera inflamable/explosiva.**

1. Uso indicado y funcionamiento

PLE002: Lámpara LED de examinación con soporte y rótula de movimiento

La lámpara LED de examinación para paciente es un producto que cuenta con un brazo flexible para su cómodo manejo y utilización.
Cuenta además con un soporte rótula con ajuste manual que permite dar mayor o menos altura.
Se recomienda que los movimiento realizados sobre la lámpara se realicen tomando la misma del soporte que cuenta justo en el plafón led, desde allí mismo se manejará el encendido y apagado de la lámpara a través de su tecla ON/OFF:
Recuerde que este producto debe conectarse a 220V a través de la fuente suministrada junto con el producto.

2. Limpieza e higiene:

- Desconecte todas las conexiones antes de proceder a la limpieza.
- Limpie las superficies exteriores del equipo con un trapo humedecido con un detergente neutro suave y agua.
- Seque con un paño suave y limpio.

3. Solución de problemas

Si el equipo no funciona, consulte al proveedor del equipo o a Famox S.A.

Problema	Causa probable	Solución
No enciente	Falta de suministro eléctrico	Enchufar fuente de alimentación
	Fuente de alimentación dañadas	Reemplazar la fuente de alimentación
	LED Dañado	Reemplazar LED
	Cilindro vacío	Reemplazar el cilindro

Tabla 06

Todo producto devuelto a Famox S.A. para su reparación debe embalarse para evitar que se dañe durante el envío.

4. Eliminación del equipo

- Este equipo no debe eliminarse con los residuos domésticos ya que debería ser objeto de una selección con vistas a su valorización, reutilización o reciclaje
- Debe cumplirse con las normas del medio ambiente en vigor respecto al reciclado y a la destrucción del producto.
- Una atención particular debe tomarse para el tratamiento de los productos usados. Los desechos tienen que ser tratados según la reglamentación nacional.