

TMc300V S/N° 14156

18/05/12

USB Settings VIDS 04D8 PIDS 1705

Wavelength Calibration Data

	ZORD	ALPHA
POS 1	8280	1.0000
POS 2	174755	1.0000
POS 3	-	-
POS 1	T312R0u5	
POS 2	T306R1u6	
POS 3	-	

Filters

Position	Filter
1	OPEN
2	OS400
3	OS700
4	OS1250
5	OS2000
6	SHUTTER

TMc300V S/N° 14156

18/05/12

Wavelength Checks

Pos 1 T312R0u5
Pos 2 T306R1u6 Used in second order.

λ (nm)	Error (0.1 nm)	
	T312R0u5	T306R1u6
404.66	+0.1	0
435.84	+0.1	-0.2
546.07	-0.1	-0.1
576.96	-0.1	0
604.30	+0.1	+0.1
625.14	+0.1	-0.1
668.30	-0.1	+0.1
730.04	-0.1	-0.1
809.32	0	0
871.68	-0.1	+0.2