

Design History File (DHF) – Veridiq SARS-Flex

Design History File (DHF) – Zusammenfassung

Design Inputs

Anforderung	Quelle	Version	Verifikationsmethode
Messgenauigkeit ± 2 %	Marktanalyse / KOL-Befragung	v1.0	Labortests
Batterielaufzeit ≥ 8 Std.	Benutzeranforderung	v1.0	Dauertest
IP44-Schutzklasse	Regulatorische Anforderung IEC 60529	v1.0	Typprüfung
Softwareklasse IEC 62304 Klasse B	Risikobewertung	v1.0	Code-Review + Tests
Betriebstemperatur 10–40 °C	Norm IEC 60601-1-11	v1.0	Klimatest

Design Verification Summary

Alle Design-Outputs wurden gegen die Design-Inputs verifiziert (V&V-Bericht;: VV-DKS-2022-001).
Ergebnis: Alle Anforderungen erfüllt. Verifikationsprotokoll vom 15. Juli 2022 liegt vor.

Design Validation Summary

Die klinische Validierung von Veridiq SARS-Flex wurde in einer Studie mit n = 140 Probanden an 3 Prüfböden durchgeführt (Klinische Prüfung gemäß ISO 14155). Alle primären Endpunkte wurden erreicht. Design Transfer abgeschlossen.