

EU-Konformitätserklärung – Cardevio Pro

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG gemäß Artikel 19 MDR 2017/745

Hersteller

Sentavia Precision GmbH
Freimannstraße 45, 80939 München
Telefon: +49 89 32178-0
E-Mail: info@sentavia-precision.de
EUDAMED-Registrierungsnummer: SRN-DE-000012789

Produkt

Produktbezeichnung: Cardevio Pro
Produktklassifizierung: Klasse IIb (MDR Anhang VIII, Regel 10)
UDI-DI (Basic): MDR-UDI-DE/BTP/CS-PRO-001
Modell-/Typenreihe: Cardevio Pro Produktfamilie, alle Softwareversionen ≥ 3.0

Erklärung

Hiermit erklärt Sentavia Precision GmbH in alleiniger Verantwortung, dass das oben beschriebene Medizinprodukt bei bestimmungsgemäßem Einsatz mit den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR) übereinstimmt. Das Produkt entspricht den grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der MDR. Die technische Dokumentation wurde gemäß Anhang II und III der MDR erstellt und wird aktuell gehalten.

Das Konformitätsbewertungsverfahren wurde gemäß Anhang IX der MDR durchgeführt unter Einbeziehung der Benannten Stelle TÜV SÜD Product Service GmbH (Kennnummer 0123).

Zertifikat-Nr.: G1 20 12 87024 018

Angewandte harmonisierte Normen

Norm	Ausgabe	Bereich
ISO 13485	2016	QMS
ISO 14971	2019	Risikomanagement
IEC 60601-1	2005+A1	Elektrische Sicherheit

Norm	Ausgabe	Bereich
IEC 62304	2006+A1	Software
ISO 10993-1	2018	Biokompatibilität

Unterzeichnung

Ausgestellt in: München

Datum: 15. September 2022

Dipl.-Ing. Stefan Hoffmann
Head of Quality & Regulatory Affairs
Sentavia Precision GmbH