

IFU Auszug – Ostevo Navigator

Gebrauchsanweisung (IFU) – Kurzfassung

Produkt: Ostevo Navigator | Artikelnummer: OFN-DE-V3

Hersteller: Sentavia Precision GmbH, Freimannstraße 45, 80939 München

Diese Gebrauchsanweisung (Instructions for Use, IFU) enthält wichtige Informationen zur sicheren Anwendung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Anweisung vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Zweckbestimmung

Ostevo Navigator ist für die nicht-invasive Messung und Auswertung klinischer Parameter bei erwachsenen Patienten in medizinischen Einrichtungen bestimmt. Das Gerät darf ausschließlich von geschultem medizinischem Fachpersonal verwendet werden.

Sicherheitshinweise

WARNUNG: Nicht in MRT-Umgebung verwenden.

WARNUNG: Nicht bei Patienten mit aktiven implantierten Herzschrittmachern verwenden.

ACHTUNG: Gerät regelmäßig kalibrieren gemäß Wartungsplan (Abschnitt 7).

ACHTUNG: Gerät nicht in Flüssigkeiten tauchen.

Inbetriebnahme

1. Gerät aus der Verpackung entnehmen und auf Unversehrtheit prüfen.
2. Netzteil anschließen und Gerät einschalten (Taste: Power On).
3. Selbsttest abwarten (ca. 90 Sekunden).
4. Kalibrierung gemäß Abschnitt 4.2 durchführen.
5. Patientendaten eingeben und Messung starten.

Reinigung und Desinfektion

Das Gerät ist nach jeder Patientenanwendung zu reinigen. Zugelassene Desinfektionsmittel: Ethanol 70 %, Isopropanol 70 %, alkoholische Flächendesinfektionsmittel (VAH-Liste). Nicht autoklavierbar. Keine UV-Bestrahlung.