

Etikettierungskontrolle – Cardevio Pro 2022

Etikettierungskontrolle gemäß MDR Anhang I Abschnitt 23

Produkt: Cardevio Pro

Überprüfungsjahr: 2022

Prüfer: Dipl.-Ing. Stefan Hoffmann

Datum: 15. Oktober 2022

Prüfergebnis

Anforderung	Erfüllt	Anmerkung
Name/Bezeichnung gemäß Art. 10 MDR	JA	
UDI-DI auf Etiketten	JA	GS1-128 und DataMatrix
LOT/Seriennummer	JA	
Herstellungsdatum oder Verfallsdatum	JA	
Hinweis Sterilisation (falls zutreffend)	JA/N.A.	
Symbol EN ISO 15223-1	JA	Alle Symbole konform
IFU-Referenz	JA	Beipackzettel und online
Mehrsprachige Versionen	JA	DE, EN, FR, IT, ES, NL