

Etikettierungskontrolle – Cardevio Pro 2023

Etikettierungskontrolle gemäß MDR Anhang I Abschnitt 23

Produkt: Cardevio Pro
Überprüfungsjahr: 2023
Prüfer: Dipl.-Ing. Stefan Hoffmann
Datum: 11. Oktober 2023

Prüfergebnis

Anforderung	Erfüllt	Anmerkung
Name/Bezeichnung gemäß Art. 10 MDR	JA	
UDI-DI auf Etiketten	JA	GS1-128 und DataMatrix
LOT/Seriennummer	JA	
Herstellungsdatum oder Verfallsdatum	JA	
Hinweis Sterilisation (falls zutreffend)	JA/N.A.	
Symbol EN ISO 15223-1	JA	Alle Symbole konform
IFU-Referenz	JA	Beipackzettel und online
Mehrsprachige Versionen	JA	DE, EN, FR, IT, ES, NL