

Benannte Stelle Korrespondenz – Ostevo Navigator – Fragen der Benannten Stelle (Major Deficiencies)

Dokumenteninformation

Von: TÜV SÜD Product Service GmbH

An: Sentavia Precision GmbH

Produkt: Ostevo Navigator

Referenz: NB-BTP-OFN-2022-002

Datum: 19. April 2022

Inhalt

Betreff: Fragen der Benannten Stelle (Major Deficiencies) für Ostevo Navigator

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des Konformitätsbewertungsverfahrens gemäß Anhang IX der MDR 2017/745 übersenden wir nachfolgende Fragen zu dem oben genannten Medizinprodukt Ostevo Navigator.

Die folgenden Punkte bedürfen der Klärung:

1. Technische Dokumentation Abschnitt 3.2: Bitte ergänzen Sie die Risikoanalyse um die Bewertung von Cybersecurity-Bedrohungen gemäß MDCG 2019-16.
2. Klinische Bewertung: Die verwendeten Äquivalenzstudien erfüllen nicht vollständig die Anforderungen von MDCG 2020-5. Bitte ergänzen Sie die Äquivalenzbegründung.
3. Post-Market Surveillance: Der PMCF-Plan enthält keine spezifischen Erfolgskriterien (KPIs) gemäß MDCG 2020-8. Bitte ergänzen.