

PMCF Evaluation Report – Cardevio Pro – 2023

Zusammenfassung

Dieser PMCF Evaluation Report für Cardevio Pro wertet die PMCF-Aktivitäten des Jahres 2023 aus. Es wurden 178 Patientenfälle in die PMCF-Studie eingeschlossen. Die Ergebnisse bestätigen die klinische Leistung und Sicherheit des Produkts wie im aktuellen Clinical Evaluation Report (CER) beschrieben.

Klinische Ergebnisse

Endpunkt	Zielwert	Ergebnis	Bewertung
Diagnostische Sensitivität	≥ 92 %	97 %	ERFÜLLT
Diagnostische Spezifizität	≥ 88 %	94 %	ERFÜLLT
Geräteversagen (Device Failure)	< 1 %	0.3 %	ERFÜLLT
Anwenderzufriedenheit	≥ 80 % positiv	85 %	ERFÜLLT

Schlussfolgerung

Die PMCF-Daten bestätigen das positive Nutzen-Risiko-Verhältnis von Cardevio Pro. Der CER wird auf Basis der neuen Daten aktualisiert. Keine sicherheitskritischen Erkenntnisse. PMCF-Plan für das Folgejahr bleibt unverändert gültig.