

Post-Market Clinical Follow-Up Plan – Veridiq SARS-Flex

Zusammenfassung

Dieser Post-Market Clinical Follow-Up (PMCF) Plan wurde für Veridiq SARS-Flex gemäß Artikel 83 und Anhang XIV Teil B der MDR 2017/745 sowie dem Leitfaden MDCG 2020-8 erstellt. Ziel ist die kontinuierliche Erhebung und Auswertung klinischer Daten aus dem Markt, um den klinischen Nutzen und die Sicherheit des Produkts zu bestätigen.

PMCF-Aktivitäten

Aktivität	Methode	Stichprobengröße	Zeitraum	Verantwortlich
Anwenderregistry	Fragebogen / Online-Portal	n ≥ 200	Laufend	Dr. Annika Schmid
Klinische Studie PMCF-1	Prospektive Kohortenstudie	n = 120	2023–2025	Dr. Annika Schmid
Literaturrecherche	Systematische Suche PubMed/Embase	Alle relevanten Artikel	Jährlich	Medical Affairs
Expertenregister	PMCF-Workshop mit KOLs	10–15 Experten	Jährlich	Dr. Annika Schmid

Statistische Methodik

Die Auswertung der PMCF-Daten erfolgt durch statistische Methoden gemäß ISO 14155:2020. Die Stichprobengröße wurde auf Basis einer power-kalkulierten Analyse festgelegt (Power: 80 %, Signifikanzniveau: 5 %). Konfidenzintervalle werden berichtet.

PMCF-Evaluation Report

Der PMCF Evaluation Report wird jährlich erstellt und fließt in den PMS-Bericht sowie den Periodic Safety Update Report (PSUR) ein. Der Bericht ist der Benannten Stelle TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen der Überwachungsaudits vorzulegen.