

Post-Market Surveillance Report – Ostevo Navigator – 2021

Executive Summary

Dieser Post-Market Surveillance Report (PMSR) für Ostevo Navigator umfasst den Zeitraum 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021. Im Berichtszeitraum wurden 6 Kundenbeschwerden registriert, davon 2 als schwerwiegende Ereignisse (Serious Incidents) klassifiziert. Die Nutzen-Risiko-Bilanz bleibt positiv. Keine sicherheitskritischen Signale identifiziert.

Beschwerdedaten

Kategorie	Anzahl	Schweregrad	Regulatorisch relevant
Kalibrierungsfehler	0	Niedrig	Nein
Software-Bug	0	Mittel	In Prüfung
Mechanischer Defekt	2	Mittel	Nein
Fehlalarme	2	Niedrig	Nein
Gesamt	8	—	—

Vigilanzberichte

Im Berichtszeitraum 2021 wurden 1 Vigilanzberichte an die Zuständige Behörde (BfArM) erstattet. Die gemeldeten Ereignisse wurden analysiert; es wurden keine systemischen Probleme identifiziert.

Nutzen-Risiko-Bewertung

Die Gesamtbewertung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses für Ostevo Navigator bleibt unverändert positiv. Der klinische Nutzen (präzise Diagnose, Behandlungsunterstützung) überwiegt die bekannten Risiken deutlich. Keine neuen, nicht akzeptablen Risiken identifiziert.

Maßnahmen

Aus den PMS-Aktivitäten wurden folgende Maßnahmen abgeleitet:

- Aktualisierung der IFU (Instructions for Use) hinsichtlich Kalibrierungsintervalle
- Einleitung einer PMCF-Befragung bei 50 Anwendern im Frühjahr des Folgejahres
- Initiierung eines Software-Updates zur Verbesserung der Alarmfunktion