

Post-Market Surveillance Report – Ostevo Navigator – 2023

Executive Summary

Dieser Post-Market Surveillance Report (PMSR) für Ostevo Navigator umfasst den Zeitraum 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023. Im Berichtszeitraum wurden 8 Kundenbeschwerden registriert, davon 1 als schwerwiegende Ereignisse (Serious Incidents) klassifiziert. Die Nutzen-Risiko-Bilanz bleibt positiv. Keine sicherheitskritischen Signale identifiziert.

Beschwerdedaten

Kategorie	Anzahl	Schweregrad	Regulatorisch relevant
Kalibrierungsfehler	3	Niedrig	Nein
Software-Bug	1	Mittel	In Prüfung
Mechanischer Defekt	0	Mittel	Nein
Fehlalarme	5	Niedrig	Nein
Gesamt	8	—	—

Vigilanzberichte

Im Berichtszeitraum 2023 wurden 0 Vigilanzberichte an die Zuständige Behörde (BfArM) erstattet. Die gemeldeten Ereignisse wurden analysiert; es wurden keine systemischen Probleme identifiziert.

Nutzen-Risiko-Bewertung

Die Gesamtbewertung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses für Ostevo Navigator bleibt unverändert positiv. Der klinische Nutzen (präzise Diagnose, Behandlungsunterstützung) überwiegt die bekannten Risiken deutlich. Keine neuen, nicht akzeptablen Risiken identifiziert.

Maßnahmen

Aus den PMS-Aktivitäten wurden folgende Maßnahmen abgeleitet:

- Aktualisierung der IFU (Instructions for Use) hinsichtlich Kalibrierungsintervalle
- Einleitung einer PMCF-Befragung bei 50 Anwendern im Frühjahr des Folgejahres
- Initiierung eines Software-Updates zur Verbesserung der Alarmfunktion