

Post-Market Surveillance Plan – Cardevio Pro

Zusammenfassung

Dieses Post-Market Surveillance (PMS) Plan-Dokument wurde für das Medizinprodukt Cardevio Pro gemäß Artikel 84 der MDR 2017/745 und dem begleitenden Leitfaden MDCG 2020-7 erstellt. Der Plan beschreibt die systematischen Verfahren zur Erhebung, Verarbeitung und Analyse von Post-Market-Daten.

PMS-Quellen und Methoden

Datenquelle	Frequenz	Verantwortlich	Instrument
Kundenbeschwerden (CMS)	Kontinuierlich	QA-Team	MasterControl Quality Excellence Suite
Vigilanz-Datenbank BfArM	Monatlich	Regulatory Affairs	Manuelle Recherche
EUDAMED-Datenbank	Quartalsweise	Dipl.-Ing. Stefan Hoffmann	EUDAMED Webportal
Wissenschaftliche Literatur	Halbjährlich	Medical Affairs	PubMed, Embase
Post-Market Clinical Follow-Up	Jährlich	Dr. Annika Schmidt	REDCap Clinical Database
Klinischer Nutzen (Clinical Benefit)	Jährlich	Clinical Affairs	Interne Studie
Soziale Medien / Nutzerfeedback	Monatlich	Regulatory Affairs	Monitoring-Tool

Auswertungsschwellen (Thresholds)

Folgende Signale lösen eine vertiefte Analyse und ggf. eine Aktualisierung der Risikobewertung aus:

- Anstieg der Complaint-Rate um > 20 % gegenüber Vorjahr
- ≥ 3 gleichartige schwerwiegende Ereignisse innerhalb von 6 Monaten
- Neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die die Sicherheitsbewertung in Frage stellen
- Regulatorische Maßnahmen von Behörden anderer Länder (FDA, TGA, Health Canada)

PMS-Bericht und PSUR

Der PMS-Bericht (PMSR gemäß Art. 85 MDR) für Cardevio Pro ist jährlich zu erstellen. Er umfasst eine Auswertung aller PMS-Daten, eine aktualisierte Nutzen-Risiko-Bewertung und eine Zusammenfassung aller Vigilanzberichte.

Der Periodic Safety Update Report (PSUR gemäß Art. 86 MDR) ist bei Klasse IIb-Produkten mindestens alle zwei Jahre zu erstellen und der Benannten Stelle vorzulegen.