

Periodic Safety Update Report (PSUR) – Veridiq SARS-Flex
2022–2023

Periodic Safety Update Report (PSUR) gemäß Art. 86 MDR

Produkt: Veridiq SARS-Flex
Berichtszeitraum: 2022–2023
Version: 2.0 | Datum: 31. Januar 2024
Erstellt durch: Dipl.-Ing. Stefan Hoffmann

Übersicht PMS-Aktivitäten

Im Berichtszeitraum 2022–2023 wurden für Veridiq SARS-Flex folgende PMS-Aktivitäten durchgeführt: 2 PMS-Berichte (PMSR), 1 PMCF Evaluation Report, laufende Vigilanzüberwachung, systematische Literaturrecherche (halbjährlich), EUDAMED-Datenpflege.

Vigilanzdaten

Jahr	Gemeldete Ereignisse	Davon SAE	Vigilanzberichte BfArM
2022	4	0	1
2023	3	2	0

Schlussfolgerung

Das Nutzen-Risiko-Verhältnis für Veridiq SARS-Flex bleibt über den Berichtszeitraum positiv. Keine systemischen Sicherheitsprobleme identifiziert. Alle Risikominderungsmaßnahmen sind wirksam. CER wurde auf Basis der PSUR-Erkenntnisse aktualisiert.