

Risikomanagementakte ISO 14971:2019 – Ostevo Navigator

Risikomanagementakte gemäß ISO 14971:2019

Risikomanagementplan

Produkt: Ostevo Navigator

Geltungsbereich: Gesamter Produktlebenszyklus von Entwicklung bis Entsorgung

Risikomanagementbeauftragter: Dipl.-Ing. Stefan Hoffmann

Gültig ab: 1. Januar 2022

Gefährdungsanalyse

Gefährdungs-ID	Gefährdung	Gefährdungssituation	Schaden	W	S
GEF-001	Falschmessung	Sensor-Drift bei extremen Temperaturen	Fehldiagnose	2	4
GEF-002	Elektrischer Schlag	Isolation beschädigt	Herzrhythmusstörung	1	5
GEF-003	Software-Fehler	Fehler in Auswertungsalgorithmus	Fehlentscheidung	2	3
GEF-004	Infektionsübertragung	Kontamination bei Reinigungsversagen	Infektion	2	4
GEF-005	Elektromagnetische Störung	Betrieb neben Hochfrequenzgeräten	Fehlmessung	3	3

Risikoakzeptanzkriterien

Als ALARP (As Low As Reasonably Practicable) Grenzwerte gelten:

- Inakzeptables Risiko: ≥ 15 ($W \times S$)
- Akzeptables Risiko: < 6 ($W \times S$)
- ALARP-Bereich: 6–14 (erfordert weitere Risikominderung oder Begründung)

Alle Risiken nach Implementierung der Risikominderungsmaßnahmen liegen im akzeptablen oder ALARP-Bereich.

Gesamtbewertung

Das Gesamtrisiko für Ostevo Navigator ist akzeptabel im Sinne der ISO 14971:2019. Die Nutzen-Risiko-Bilanz ist positiv: Der klinische Nutzen (präzise Diagnose) überwiegt die verbleibenden Restrisiken deutlich.