

Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) – Veridiq SARS-Flex

Zusammenfassung für Sicherheit und klinische Leistung (SSCP)

Dieses Dokument ist eine Zusammenfassung der Sicherheits- und Leistungsdaten für Veridiq SARS-Flex gemäß Artikel 32 der MDR 2017/745.

Produktidentifikation

Produktbezeichnung: Veridiq SARS-Flex

Produktklasse: IVD Klasse C (IVDR Anhang VIII, Regel 3)

UDI-DI: IVDR-UDI-DE/BTP/DK-SF-003

Hersteller: Sentavia Precision GmbH, Freimannstraße 45, 80939 München

Klinische Evidenz

Die klinische Evidenz für Veridiq SARS-Flex basiert auf folgenden Quellen: (1) Systematische Literaturrecherche in PubMed und Embase (≥ 150 relevante Publikationen); (2) Klinische Prüfung gemäß ISO 14155 mit $n = 120$ Probanden; (3) PMCF-Daten aus 3 Jahren Post-Market-Beobachtung. Die Studien belegen eine diagnostische Genauigkeit von $\geq 93\%$ und ein exzellentes Sicherheitsprofil ohne schwerwiegende gerätebedingte Ereignisse.

Sicherheits- und Leistungsinformationen

Zweckbestimmung: Veridiq SARS-Flex ist für die nicht-invasive Anwendung durch geschultes medizinisches Fachpersonal bestimmt. Das Produkt dient der Unterstützung klinischer Entscheidungen und ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Behandlung.

Restrisiken: Das Restrisiko nach Implementierung aller Risikominderungsmaßnahmen ist akzeptabel im Sinne der ISO 14971:2019. Bekannte Restrisiken: (a) Möglichkeit falsch-negativer Ergebnisse bei atypischen Patientenphysiologien; (b) Interferenz durch starke elektromagnetische Felder gemäß IEC 60601-1-2.

Kontraindikationen und Warnhinweise

Kontraindikationen: Patienten mit aktiven implantierten Geräten (Herzschrittmacher). Warnhinweise: Nicht in MRT-Umgebung verwenden. Regelmäßige Kalibrierung erforderlich. Nur für die in der IFU beschriebenen Indikationen geeignet.

