

## Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) – Ostevo Navigator

### Zusammenfassung für Sicherheit und klinische Leistung (SSCP)

Dieses Dokument ist eine Zusammenfassung der Sicherheits- und Leistungsdaten für Ostevo Navigator gemäß Artikel 32 der MDR 2017/745.

### Produktidentifikation

Produktbezeichnung: Ostevo Navigator

Produktklasse: Klasse IIa (MDR Anhang VIII, Regel 7)

UDI-DI: MDR-UDI-DE/BTP/OF-NAV-002

Hersteller: Sentavia Precision GmbH, Freimannstraße 45, 80939 München

### Klinische Evidenz

Die klinische Evidenz für Ostevo Navigator basiert auf folgenden Quellen: (1) Systematische Literaturrecherche in PubMed und Embase ( $\geq 150$  relevante Publikationen); (2) Klinische Prüfung gemäß ISO 14155 mit  $n = 130$  Probanden; (3) PMCF-Daten aus 2 Jahren Post-Market-Beobachtung. Die Studien belegen eine diagnostische Genauigkeit von  $\geq 93\%$  und ein exzellentes Sicherheitsprofil ohne schwerwiegende gerätebedingte Ereignisse.

### Sicherheits- und Leistungsinformationen

Zweckbestimmung: Ostevo Navigator ist für die nicht-invasive Anwendung durch geschultes medizinisches Fachpersonal bestimmt. Das Produkt dient der Unterstützung klinischer Entscheidungen und ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Behandlung.

Restrisiken: Das Restrisiko nach Implementierung aller Risikominderungsmaßnahmen ist akzeptabel im Sinne der ISO 14971:2019. Bekannte Restrisiken: (a) Möglichkeit falsch-negativer Ergebnisse bei atypischen Patientenphysiologien; (b) Interferenz durch starke elektromagnetische Felder gemäß IEC 60601-1-2.

### Kontraindikationen und Warnhinweise

Kontraindikationen: Patienten mit aktiven implantierten Geräten (Herzschrittmacher). Warnhinweise: Nicht in MRT-Umgebung verwenden. Regelmäßige Kalibrierung erforderlich. Nur für die in der IFU beschriebenen Indikationen geeignet.

