

## Technische Dokumentation – Cardevio Pro – Produktverifizierung und -validierung

### Dokumentenhistorie

| Version | Datum           | Autor                      | Änderungsbeschreibung                          |
|---------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1.0     | 15. Juni 2020   | Dipl.-Ing. Stefan Hoffmann | Erstfassung                                    |
| 1.1     | 10. März 2021   | Markus Bauer               | Aktualisierung nach MDR-Artikel 61 Review      |
| 2.0     | 22. August 2022 | Dipl.-Ing. Stefan Hoffmann | Vollständige Überarbeitung nach MDR-Transition |
| 2.1     | 18. Mai 2023    | Markus Bauer               | Aktualisierung PMCF-Daten                      |

### Geltungsbereich

Diese technische Dokumentation gemäß Anhang II der EU-MDR 2017/745 beschreibt Produktverifizierung und -validierung des Medizinprodukts Cardevio Pro.

Produkt: Cardevio Pro

Produktklassifizierung: Klasse IIb (MDR Anhang VIII, Regel 10)

UDI-DI: MDR-UDI-DE/BTP/CS-PRO-001

CE-Zertifikat: CE 0123-BTP-Cardevio-2022

Benannte Stelle: TÜV SÜD Product Service GmbH (Kennnummer 0123)

Hersteller: Sentavia Precision GmbH, Freimannstraße 45, 80939 München

### Normative Referenzen

| Norm/Richtlinie          | Titel                                             | Anwendbar seit |
|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| MDR 2017/745             | EU-Medizinprodukteverordnung                      | 26. Mai 2021   |
| ISO 13485:2016           | Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte    | Fortlaufend    |
| ISO 14971:2019           | Risikomanagement für Medizinprodukte              | Fortlaufend    |
| IEC 62304:2006+A1:2015   | Software-Lebenszyklusprozesse für Medizinprodukte | Fortlaufend    |
| IEC 60601-1:2005+A1:2012 | Elektrische Sicherheit in der Medizin             | Fortlaufend    |
| ISO 10993-1:2018         | Biologische Bewertung von Medizinprodukten        | Fortlaufend    |
| EN ISO 15223-1:2021      | Symbole für Medizinprodukte                       | Fortlaufend    |