

Vigilanzbericht – Cardevio Pro – VIG-BTP-2023-0001

Vigilanzbericht an das BfArM gemäß §§ 29, 30 MPG / Art. 87 MDR

Meldende Stelle: Sentavia Precision GmbH, Freimannstraße 45, 80939 München

EUDAMED-SRN: SRN-DE-000012789

Vorgangsnummer: VIG-BTP-2023-0001

Datum der Erstmeldung: 26. August 2023

Meldungstyp: Erstmeldung

Produktidentifikation

Produkt: Cardevio Pro

UDI-DI: MDR-UDI-DE/BTP/CS-PRO-001

Lot-Nr.: LOT-2023303

Seriennummer: SN-882824

Ereignisbeschreibung

Art des Ereignisses: Geräteverlust

Schweregrad: Klasse I (leicht)

Ort des Ereignisses: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)

Beschreibung: Im Rahmen der klinischen Anwendung wurde eine Abweichung beobachtet, die zu einer verzögerten Diagnosestellung führte. Der Patient wurde adäquat medizinisch versorgt; es wurde kein dauerhafter Schaden festgestellt. Das Gerät wurde aus dem Betrieb genommen und zur Analyse eingeschickt.

Maßnahmen

Sofortmaßnahmen: Gerät gesperrt, Kunden informiert, interne Ursachenanalyse eingeleitet.

Geplante Maßnahmen: CAPA-Eröffnung, Produktprüfung, Ggf. Field Safety Corrective Action.

Status: Abgeschlossen