

Vigilanzbericht – Ostevo Navigator – VIG-BTP-2023-0003

Vigilanzbericht an das BfArM gemäß §§ 29, 30 MPG / Art. 87 MDR

Meldende Stelle: Sentavia Precision GmbH, Freimannstraße 45, 80939 München

EUDAMED-SRN: SRN-DE-000012789

Vorgangsnummer: VIG-BTP-2023-0003

Datum der Erstmeldung: 17. Juli 2023

Meldungstyp: Folgemeldung / Abschlussbericht

Produktidentifikation

Produkt: Ostevo Navigator

UDI-DI: MDR-UDI-DE/BTP/CS-PRO-001

Lot-Nr.: LOT-2023117

Seriennummer: SN-881886

Ereignisbeschreibung

Art des Ereignisses: Fehlmessung

Schweregrad: Klasse II (moderat)

Ort des Ereignisses: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)

Beschreibung: Im Rahmen der klinischen Anwendung wurde eine Abweichung beobachtet, die zu einer verzögerten Diagnosestellung führte. Der Patient wurde adäquat medizinisch versorgt; es wurde kein dauerhafter Schaden festgestellt. Das Gerät wurde aus dem Betrieb genommen und zur Analyse eingeschickt.

Maßnahmen

Sofortmaßnahmen: Gerät gesperrt, Kunden informiert, interne Ursachenanalyse eingeleitet.

Geplante Maßnahmen: CAPA-Eröffnung, Produktprüfung, Ggf. Field Safety Corrective Action.

Status: Abgeschlossen