

Interner Auditbericht 2022 Q1

Interner Auditbericht gemäß ISO 13485:2016

Audit-Nr.: IA-2022-01
Datum: 24. Januar 2022
Auditor: Sarah Krause (QA Lead)
Auditierter Bereich: Vertrieb und After-Sales

Auditumfang

Dieser interne Audit überprüft die Einhaltung der ISO 13485:2016 und der relevanten SOPs im auditierten Bereich. Normative Referenzen: ISO 13485:2016, MDR 2017/745, interne SOPs (SOP-001 bis SOP-025).

Feststellungen

Nr.	Feststellung	Norm-Abschnitt	Klassifizierung	Status
F1	Kalibrierungsnachweis für Messgerät XY fehlt	ISO 13485 7.6	Minor	CAPA eröffnet
F2	SOP-008 Version veraltet (v1.2 statt v3.0)	ISO 13485 4.2.3	Minor	Korrigiert
F3	Lieferantenaudit-Dokumentation unvollständig	ISO 13485 7.4.1	Minor	In Bearbeitung
F4	Best Practice: Elektronische Unterschriften korrekt implementiert	—	Positive Finding	—

Abschlussbewertung

Der auditierte Bereich entspricht insgesamt den Anforderungen der ISO 13485:2016. Drei Minor-Findings wurden identifiziert. Keine Major Nonconformances. CAPA-Maßnahmen werden innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen. Folgeterminal: Quartalsaudit.