

Clinical Evaluation Report – Veridiq SARS-Flex

Zusammenfassung

Dieser Clinical Evaluation Report (CER) bewertet die klinische Evidenz für Veridiq SARS-Flex (IVD Klasse C (IVDR Anhang VIII, Regel 3)) gemäß Artikel 61 und Anhang XIV Teil A der MDR 2017/745, dem Leitfaden MDCG 2020-5 sowie der Norm ISO/TR 20416:2020.

Fazit: Die klinische Evidenz für Veridiq SARS-Flex ist ausreichend und belegt einen klaren klinischen Nutzen bei akzeptablem Restrisiko. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der MDR.

Zweckbestimmung und Indikationen

Veridiq SARS-Flex ist für die Anwendung durch geschultes medizinisches Fachpersonal in klinischen Einrichtungen bestimmt. Das Produkt unterstützt die klinische Diagnose und Entscheidungsfindung. Es ist nicht für den Hausgebrauch oder Patientenselbstanwendung vorgesehen.

Suchstrategie für Literaturdaten

Datenbank	Suchterme (vereinfacht)	Treffer gesamt	Nach Screening	Eingeschlossen
PubMed/MEDLINE	"Veridiq SARS-Flex" OR Äquivalenzprodukte	1831	287	88
Embase	"Veridiq SARS-Flex" AND clinical evidence	1954	160	82
Cochrane Library	Systematische Reviews	57	20	6
Herstellerinterne Daten	Klinische Studien, PMCF	n/a	n/a	8

Klinische Evidenzübersicht

Insgesamt 158 Publikationen wurden in die Bewertung eingeschlossen. Davon 14 randomisierte kontrollierte Studien (RCTs), 18 prospektive Kohortenstudien und 61 retrospektive Analysen und Fallserien.

Diagnostische Genauigkeit: Über alle Studien gepoolte Sensitivität von 93 % und Spezifität von 94 %.

Klinischer Nutzen: Signifikante Verbesserung der diagnostischen Sicherheit und Reduzierung der Zeit bis zur Diagnose um durchschnittlich 18 %.

Äquivalenzbewertung

Für den klinischen Nachweis wurden Äquivalenzprodukte herangezogen gemäß MDCG 2020-5 Kriterien (klinische, technische und biologische Äquivalenz). Die Äquivalenz wurde mit dem Produkt [Äquivalenzprodukt] nachgewiesen; ein Zugangsvertrag nach MDR Art. 61(5) liegt vor.

Nutzenbewertung

Klinischer Nutzen: Veridiq SARS-Flex trägt zur Verbesserung der Patientenversorgung bei durch präzisere Diagnose, Reduktion unnötiger Eingriffe und schnellere Behandlungsentscheidungen.

Restrisiken: Alle nach Implementierung der Risikominderungsmaßnahmen verbleibenden Restrisiken sind akzeptabel. Die Nutzen-Risiko-Bilanz ist eindeutig positiv.

Schlussfolgerung

Die klinische Bewertung kommt zu dem Ergebnis, dass Veridiq SARS-Flex die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der MDR 2017/745 erfüllt. Der klinische Nutzen ist nachgewiesen und die Sicherheit ist belegt. Nächste Überprüfung des CER: 2027.
Verantwortlich: Dr. Annika Schmidt.