

Klinischer Prüfplan – Ostevo Navigator

Klinischer Prüfplan (CIP) – Synopsis

Titel: Klinische Prüfung zur Bestätigung der Sicherheit und Leistung von Ostevo Navigator

Sponsor: Sentavia Precision GmbH, Freimannstraße 45, 80939 München

Prüfarzt: Prof. Dr. Klaus Meier, Charité – Universitätsmedizin Berlin

Studientyp: Prospektive, multizentrische Kohortenstudie

Studienpopulation: Erwachsene Patienten (≥ 18 Jahre) mit relevanter Indikation

Stichprobengröße: $n = 200$ (berechnet auf Basis Power-Analyse)

Studienorte: 5 Prüfzentren in Deutschland und Österreich

Geplante Laufzeit: 24 Monate

Primärer Endpunkt

Diagnostische Sensitivität und Spezifität von Ostevo Navigator im Vergleich zur Goldstandard-Methode, gemessen über den gesamten Beobachtungszeitraum. Erfolgskriterium: Sensitivität $\geq 92\%$, Spezifität $\geq 88\%$ (jeweils mit 95 %-KI).

Statistische Methodik

Auswertung nach ITT- (Intention to Treat) und PP-Prinzip (Per Protocol). Berechnung der diagnostischen Güte mit 95 %-Konfidenzintervallen nach Wilson. Subgruppenanalysen nach Altersgruppen und Indikationsuntergruppen.

Ethik und Regulatorik

Das Studienprotokoll wurde der Ethikkommission der Medizinischen Hochschule Hannover vorgelegt. Votum Nr. EK-2866/2023. Positives Votum erteilt am 12. März 2023.