

Klinischer Studienbericht – Cardevio Pro

Klinischer Studienbericht – Executive Summary

Studie: Klinische Prüfung Cardevio Pro (Studie BTP-2021-05)
Sponsor: Sentavia Precision GmbH
Abschluss: 5. Juni 2022

Ergebnisse

Endpunkt	Ergebnis	Zielwert	Erfolg
Sensitivität	95 %	≥ 92 %	JA
Spezifizität	90 %	≥ 88 %	JA
Gerätebezogene SAEs	1	≤ 3	JA
Abbruchrate	2.9 %	< 10 %	JA

Sicherheit

Im Beobachtungszeitraum wurden 2 gerätebedingte Serious Adverse Events (SAEs) berichtet, alle vollständig aufgeklärt und ohne Langzeitfolgen für die Probanden. 8 nicht-gerätebedingte Adverse Events (AEs) wurden dokumentiert.

Schlussfolgerung

Die Studie belegt die Sicherheit und Leistungsfähigkeit von Cardevio Pro. Alle primären und sekundären Endpunkte wurden erreicht. Die Ergebnisse fließen in den Clinical Evaluation Report (CER) ein.