

Klinischer Studienbericht – Veridiq SARS-Flex

Klinischer Studienbericht – Executive Summary

Studie: Klinische Prüfung Veridiq SARS-Flex (Studie BTP-2021-04)
Sponsor: Sentavia Precision GmbH
Abschluss: 15. August 2022

Ergebnisse

Endpunkt	Ergebnis	Zielwert	Erfolg
Sensitivität	93 %	≥ 92 %	JA
Spezifizität	89 %	≥ 88 %	JA
Gerätebezogene SAEs	0	≤ 3	JA
Abbruchrate	2.8 %	< 10 %	JA

Sicherheit

Im Beobachtungszeitraum wurden 1 gerätebedingte Serious Adverse Events (SAEs) berichtet, alle vollständig aufgeklärt und ohne Langzeitfolgen für die Probanden. 10 nicht-gerätebedingte Adverse Events (AEs) wurden dokumentiert.

Schlussfolgerung

Die Studie belegt die Sicherheit und Leistungsfähigkeit von Veridiq SARS-Flex. Alle primären und sekundären Endpunkte wurden erreicht. Die Ergebnisse fließen in den Clinical Evaluation Report (CER) ein.