

Klinischer Studienbericht – Ostevo Navigator

Klinischer Studienbericht – Executive Summary

Studie: Klinische Prüfung Ostevo Navigator (Studie BTP-2021-05)

Sponsor: Sentavia Precision GmbH

Abschluss: 5. August 2022

Ergebnisse

Endpunkt	Ergebnis	Zielwert	Erfolg
Sensitivität	98 %	$\geq 92 \%$	JA
Spezifizität	93 %	$\geq 88 \%$	JA
Gerätebezogene SAEs	2	≤ 3	JA
Abbruchrate	3.1 %	$< 10 \%$	JA

Sicherheit

Im Beobachtungszeitraum wurden 2 gerätebedingte Serious Adverse Events (SAEs) berichtet, alle vollständig aufgeklärt und ohne Langzeitfolgen für die Probanden. 5 nicht-gerätebedingte Adverse Events (AEs) wurden dokumentiert.

Schlussfolgerung

Die Studie belegt die Sicherheit und Leistungsfähigkeit von Ostevo Navigator. Alle primären und sekundären Endpunkte wurden erreicht. Die Ergebnisse fließen in den Clinical Evaluation Report (CER) ein.