

Registry-Studienprotokoll – Veridiq SARS-Flex

Registry-Studienprotokoll (PMCF-Registry)

Produkt: Veridiq SARS-Flex

Registry-Titel: BTP-DKS-Registry-Europe

Sponsor: Sentavia Precision GmbH

Laufzeit: 5 Jahre (2023–2028)

Zielgröße: $n \geq 500$ Patienten in 15 Zentren

Einschlusskriterien

- Erwachsene Patienten ≥ 18 Jahre mit Indikation für Veridiq SARS-Flex
- Einverständniserklärung vorliegend
- Anwendung in Routineklinik (Real-World-Evidence)

Endpunkte

Primär: Sicherheit (SAE-Rate) und klinischer Nutzen (qualitative Befragung).

Sekundär: Anwenderakzeptanz, Trainingsaufwand, Messzuverlässigkeit.