

Biokompatibilitätsbewertung – Ostevo Navigator

Biokompatibilitätsbewertung gemäß ISO 10993-1:2018

Produkt: Ostevo Navigator
Materialien: Polymere (ABS, PC), Edelstahl 316L, biokompatible Beschichtungen
Erstellt: {C['cmo']}

Bewertung nach ISO 10993-1

Endpunkt	Norm	Methode	Ergebnis
Zytotoxizität	ISO 10993-5	Elution Test L929	BESTANDEN
Sensibilisierung	ISO 10993-10	GPMT / Buehler	BESTANDEN
Irritation/intrakutane Reaktion	ISO 10993-10	Kaninchentest	BESTANDEN
Systemische Toxizität	ISO 10993-11	Mäusetest (akut)	BESTANDEN
Genotoxizität	ISO 10993-3	Ames Test, MNT	BESTANDEN
Implantation (bei Bedarf)	ISO 10993-6	n/a (kein Implantat)	n/a

Schlussfolgerung

Alle untersuchten Materialien und das Gesamtprodukt Ostevo Navigator sind biokompatibel im Sinne der ISO 10993-1:2018. Die Bewertung bestätigt ein akzeptables biologisches Risikoprofil für die bestimmungsgemäße Anwendung.