

Reinigungsvalidierung – Veridiq SARS-Flex

Reinigungsvalidierung

Produkt: Veridiq SARS-Flex

Validierungsart: Reinigungsvalidierung

Norm: ISO 11135 / ISO 17664

Datum: 20. April 2022

Ergebnisse

Alle getesteten Reinigungsmethoden erfüllen die Akzeptanzkriterien. Endotoxinwerte nach Reinigung < 0,25 EU/mL. Bioburden-Reduktion > 3 log.