

Reinigungsvalidierung – Ostevo Navigator

Reinigungsvalidierung

Produkt: Ostevo Navigator

Validierungsart: Reinigungsvalidierung

Norm: ISO 11135 / ISO 17664

Datum: 16. August 2022

Ergebnisse

Alle getesteten Reinigungsmethoden erfüllen die Akzeptanzkriterien. Endotoxinwerte nach Reinigung < 0,25 EU/mL. Bioburden-Reduktion > 3 log.