

CDR Design Review – Veridiq SARS-Flex

Design Review – CDR (Veridiq SARS-Flex)

Produkt: Veridiq SARS-Flex
Phase: CDR Design Review
Datum: 3. August 2021
Geleitet von: Dr. Marcus Vogt
Teilnehmer: Dr. Katharina Berger, Dr. Annika Schmidt, Dipl.-Ing. Stefan Hoffmann, F&E-Team;

Befunde und Maßnahmen

Nr.	Befund	Kritikalität	Maßnahme	Status
DR-1	Sensor-Kalibrierungskonzept überarbeiten	Mittel	Neue Kalibrierungs-SOP	Erledigt
DR-2	UI-Feedback zu Alarmton verbessern	Gering	Usability-Test geplant	Erledigt
DR-3	Dokumentation IEC 62304 vervollständigen	Hoch	Sofortmaßnahme	Erledigt

Freigabe

Der CDR Design Review wurde erfolgreich abgeschlossen. Alle Action Items wurden termingerecht umgesetzt. Freigabe erteilt von: Dr. Marcus Vogt, 13. August 2021.