

Lagerstabilitätsstudie – Cardevio Pro

Lagerstabilitätsstudie

Produkt: Cardevio Pro  
Norm: ISO 11607 / ASTM F1980  
Laufzeit: 36 Monate (Echtzeit) / 6 Monate (Accelerated)  
Temperatur: 23 ± 2 °C, 50 ± 5 % rF

Zwischenergebnisse

| Zeitpunkt             | Dichtigkeit | Visuell | Funktionstest | Ergebnis  |
|-----------------------|-------------|---------|---------------|-----------|
| T=0 (Ausgangsprüfung) | OK          | OK      | OK            | BESTANDEN |
| T=6 Monate            | OK          | OK      | OK            | BESTANDEN |
| T=12 Monate           | OK          | OK      | OK            | BESTANDEN |
| T=24 Monate (laufend) | OK bisher   | OK      | OK            | LÄUFT     |