

Lagerstabilitätsstudie – Veridiq SARS-Flex

Lagerstabilitätsstudie

Produkt: Veridiq SARS-Flex
Norm: ISO 11607 / ASTM F1980
Laufzeit: 36 Monate (Echtzeit) / 6 Monate (Accelerated)
Temperatur: 23 ± 2 °C, 50 ± 5 % rF

Zwischenergebnisse

Zeitpunkt	Dichtigkeit	Visuell	Funktionstest	Ergebnis
T=0 (Ausgangsprüfung)	OK	OK	OK	BESTANDEN
T=6 Monate	OK	OK	OK	BESTANDEN
T=12 Monate	OK	OK	OK	BESTANDEN
T=24 Monate (laufend)	OK bisher	OK	OK	LÄUFT