

Usability Engineering File – Cardevio Pro

Usability Engineering File (IEC 62366-1)

Produkt: Cardevio Pro
Norm: IEC 62366-1:2015+A1:2020
Verantwortlich: Dr. Annika Schmidt

Benutzergruppen und Anwendungskontext

Primäre Benutzer: Ärzte, MTRA, medizinisches Assistenzpersonal.
Anwendungsumgebung: Stationäre und ambulante Einrichtungen.
Potenzielle Nutzungsfehler: Falsche Patientenzuordnung, unsachgemäße Reinigung, fehlerhafte Kalibrierung.

Usability Testing Ergebnisse

Test	Teilnehmer	Erfolgsquote	Kritische Fehler	Status
Summativer Usability Test	15 Ärzte, 10 MTRA	97%	0	BESTANDEN
Formative Evaluation Prototyp	8 Experten	92%	1 (behoben)	BESTANDEN