

Prüfbericht Elektromagnetische Verträglichkeit (IEC 60601-1-2)

Prüfbericht

Produkt: Veridiq SARS-Flex
Testlabor: TÜV SÜD Product Service GmbH, München
Prüfdatum: 11. August 2022
Prüfbericht-Nr.: TR-BTP-DKS-7288
Prüfgrundlage: Siehe Prüfplan VVP-DKS-001

Testergebnisse

Test	Standard	Frequenzbereich	Ergebnis
Emission (conducted)	EN 55011 Class B	0,15–30 MHz	BESTANDEN
Emission (radiated)	EN 55011 Class B	30–1000 MHz	BESTANDEN
Immunität ESD	IEC 61000-4-2	±4 kV Kontakt	BESTANDEN
Immunität RS	IEC 61000-4-3	10 V/m	BESTANDEN

Fazit

Das Produkt Veridiq SARS-Flex erfüllt alle geprüften Anforderungen. Der Prüfbericht liegt vollständig vor und ist in der technischen Dokumentation (Technisches Dossier) abgelegt.