

Prüfbericht Elektrische Sicherheit (IEC 60601-1)

Prüfbericht

Produkt: Ostevo Navigator
Testlabor: TÜV SÜD Product Service GmbH, München
Prüfdatum: 13. Juli 2022
Prüfbericht-Nr.: TR-BTP-OFN-7179
Prüfgrundlage: Siehe Prüfplan VVP-OFN-001

Testergebnisse

Test	Anforderung	Gemessen	Ergebnis
Schutzleiterwiderstand	≤ 200 mΩ	68 mΩ	BESTANDEN
Ableitstrom Gehäuse	≤ 100 µA	7 µA	BESTANDEN
Spannungsfestigkeit 1.500 V	Kein Überschlag	Kein Überschlag	BESTANDEN
Einschaltstrom	≤ 40 A (peak)	10 A	BESTANDEN

Fazit

Das Produkt Ostevo Navigator erfüllt alle geprüften Anforderungen. Der Prüfbericht liegt vollständig vor und ist in der technischen Dokumentation (Technisches Dossier) abgelegt.