

BIÊN BẢN GIAO NHẬN THIẾT BỊ

Tp.HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2024

BÊN GIAO:

- 1.....
- 2.....

Đại diện:
Đại diện:

BÊN NHẬN:

1. Khoa CDHA.....
- 2.....

Đại diện: ĐD Hoàng Ly' Thiên Phước
Đại diện:

NỘI DUNG

STT	Tên thiết bị	Model/ Hãng SX	ĐVT	Số lượng	SN
1	MONITOR THEO DÕI 5 THÔNG SỐ <u>Cấu hình thiết bị</u> - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy + Cáp đo và bộ đo ECG kèm điện cực: 01 bộ + Cáp đo và bộ phụ kiện đo SpO2: 01 bộ + Cáp đo và bộ bao đo huyết áp không xâm lấn NIBP: 01 bộ + Cáp đo và bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ - Máy in nhiệt kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc	Model máy chính/Ký mã hiệu: B125 Hãng sản xuất máy chính: Critikon de Mexico S. De R.L. De C.V (GE Healthcare	Cái	04p	1. 2099000-004-912560 SQF214 90077 SA → Bình thường → nhận 2. 2099000-004-745114 SQF22060159 SA → Bình thường → nhận 3. 2099000-004-745114 SQF22060149 SA → Bình thường → nhận 4. 2099000-004-745114 SQF22070084 SA → Cáp nối đo HA bị lỗi đo không được → không nhận → đổi khác phục được → nhận máy mới

ĐƠN VỊ GIAO

Nguyễn Văn Thành

ĐƠN VỊ NHẬN

Hoàng Ly' Thiên Phước