

Patient: Testee TESTER  
Patient ID: 123456  
Treatment date: June 15, 2012

Source activity: 5.16 (Ci)  
Source strength: 20798.12 (cGy cm<sup>2</sup> / hr)

Locations (cm)	Distance (cm)	Dwell time (s)	Dose (Gy)
x,y,z: -2.29 -3.13 -1.54	5.36	54.5	0.126
x,y,z: -2.31 -2.89 -1.98	4.93	54.5	0.149
x,y,z: -2.32 -2.66 -2.42	4.51	54.5	0.178
x,y,z: -2.33 -2.20 -3.31	3.73	36.2	0.172
x,y,z: -2.34 -1.96 -3.75	3.39	36.2	0.207
x,y,z: -2.35 -1.71 -4.19	3.10	36.2	0.248
x,y,z: -2.36 -1.28 -5.09	2.67	36.2	0.334
x,y,z: -2.35 -1.12 -5.56	2.54	36.2	0.368
x,y,z: -2.34 -0.98 -6.04	2.48	36.2	0.384
x,y,z: -4.13 -0.86 -7.82	2.24	54.5	0.711
x,y,z: -4.06 -1.17 -8.21	2.24	54.5	0.707
x,y,z: -4.00 -1.49 -8.59	2.34	54.5	0.647
x,y,z: -0.84 -0.41 -7.70	4.08	54.5	0.217
x,y,z: -0.79 -0.74 -8.07	4.06	54.5	0.219
x,y,z: -0.74 -1.07 -8.44	4.10	54.5	0.214

Total treatment time: 707.7 (s)

Expected dose to target point: 4.792 (Gy)  
Estimated dose to target point: 4.881 (Gy)

Difference between expected and estimated: 1.86 %