

Date 11/27/17

Cal cylinder serial # CC163816

Dilution system serial # TEI A20808 EPA #

LGR file 399-2017-11-27-f0000.txt

Zero Air Flow (Lpm)	Cal Gas Flow Set (sccm)	CH4 cal (ppm)	CO2 cal (ppm)	CH4 resp (ppm)	CO2 resp (ppm)	Start Time	Stop Time
3.25	0.0	0.0	0.0	0.13	7.24	9:37:30	9:43:00
9	7 9.4	2.1	20.9	2.31	23.13	<del>9:58:00</del> 10:08:20	<del>10:02</del> 10:13:20
5.3	7 9.4	3.6	35.5	3.95	39.4	10:14:30	10:19:55
5.3	10 13.4	5.1	50.7	5.45	54.45	10:20:23	10:26:00
3.25	15 20.2	12.4	124.1	12.9	129.0	10:27:06	10:32:00
3.25	20 26.9	16.5	165.5	16.9	170.0	10:32:33	10:38:16
3.25	30 40.3	24.8	248.3	27.9	252.0	10:39:00	10:44:32
3.25	60 80.7	49.6	496.5	47.1	488.0	10:45:15	10:50:20
3.25	70 94.1	57.9	579.3	54.2	566.0	10:50:46	10:56:15
3.25	90 121.0	74.4	744.8	68.0	720.0	10:56:45	11:01:59

3.25 0 0 0 0.014 0.31 9:44:43 09:50:00

Zero 20.61PM

Signature

