

Date 11/30/17 - Post Sampling
 Cal cylinder serial #
 Dilution system serial # A20808
 LGR file 99a - 2017-11-30-f0001.txt

Zero Air Flow (Lpm)	Cal Gas Flow Readout (sccm)	CH4 cal (ppm)	CO2 cal (ppm)	CH4 resp (ppm)	CO2 resp (ppm)	Start Time	Stop Time
3.25	0.0	0.0	0.0	0.034	0	14:33:00	14:37:00
9	7.0	2.1	20.9	2.38	23.74	14:37:00	14:39:45
5.3	7.0	3.6	35.5	4.03	40.30	14:48:20	14:53:20
5.3	10.0	5.1	50.7	5.53	55.3	14:53:20	14:54:20
3.25	15.0	12.4	124.1	13.08	132.5	14:54:20	14:56:25
3.25	20.0	16.5	165.5				
3.25	30.0	24.8	248.3				
3.25	60.0	49.6	496.5				
3.25	70.0	57.9	579.3				
3.25	90.0	74.4	744.8				

Signature

