#### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025

NOME DO ÓRGÃO: Grupo Comprar Bem

INTERESSADO(A): DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

DATA DE AUTUAÇÃO: 16/08/2025

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO DESTINADO À REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AUXILIAR DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS PREVISTO NO ART. 80, INCISO II, DA LEI FEDERAL № 14.133/2021, OBJETIVANDO PROMOVER A SELEÇÃO TÉCNICA DE MARCAS E MODELOS DE PRODUTOS QUE POSSUAM OS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE, ESTÉTICA, RENDIMENTO, DURABILIDADE, ADEQUAÇÃO AO USO E À FINALIDADE A QUE SE DESTINAM, CONFORME AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PARA SEREM INCLUÍDOS NO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE BENS PADRONIZADOS, COM VISTAS ÀS AQUISIÇÕES EVENTUAIS E FUTURAS.

# DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - MODELO\_1

#### DADOS DO DEMANDANTE

Nome do Presidente da CPPM: William Martins

Matrícula: 12463

E-mail: devwilliamemanoel7@gmail.com

**Telefone:** 37999495691

#### **JUSTIFICATIVA**

A presente demanda visa atender à necessidade de fornecimento contínuo de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para utilização pelos profissionais da rede pública de saúde, garantindo a segurança e a prevenção de contaminações durante atendimentos médicos e hospitalares. A pré-qualificação busca assegurar que apenas fornecedores com produtos dentro das normas e padrões técnicos estabelecidos possam participar das futuras aquisições.

#### DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A aquisição de máscaras cirúrgicas triplas descartáveis com elástico tem como objetivo suprir a demanda de uso diário nos hospitais, unidades básicas de saúde e centros de atendimento emergencial, sendo um insumo essencial para o controle de infecções. O produto será destinado ao uso de médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde em procedimentos clínicos e cirúrgicos.

## PRODUTOS A SEREM PRÉ-QUALIFICADOS

Especificação dos Produtos/Serviços: Especificação dos Produtos/Serviços: Produto: Máscara Cirúrgica Tripla Descartável com Elástico Marca: ProtecSaúde (ou equivalente) Modelo: PT-3000 Características Técnicas: Tripla camada (TNT + filtro meltblown + TNT macio) Gramatura total mínima: 50g/m² Eficiência de filtragem bacteriana (BFE) ≥ 98% Livre de látex Uso único e descartável Cor: branca ou azul clara Embalagem com 50 unidades Normas Aplicáveis: NBR 15052:2021, RDC Anvisa nº 356/2020

#### **QUANTIDADES E AMOSTRAGEM**

Quantidade de Amostras para Análise: 50

Aquisições Previstas (12 meses): 5000

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS

Especificações Técnicas Obrigatórias: Especificações Técnicas Obrigatórias: Conformidade com NBR 15052:2021 (máscaras cirúrgicas — requisitos e métodos de ensaio) Registro na Anvisa/MS válido Certificação INMETRO quando aplicável Dimensões padrão adulto: 17,5cm x 9,5cm Fixação com elástico resistente e confortável Material hipoalergênico e atóxico Embalagem primária selada, com identificação do lote e validade

# CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E ENSAIOS

**Critérios de Aceitação:** Critérios de Aceitação: Atendimento integral às normas técnicas especificadas Integridade física das amostras (sem rasgos ou deformações) Eficiência mínima de filtragem ≥ 98% Ausência de odores e resíduos

**Ensaios e Testes Exigidos:** Ensaios e Testes Exigidos: Teste de eficiência de filtragem bacteriana (BFE) em laboratório credenciado Teste de resistência à respiração Teste de resistência à penetração de líquidos

## CONDIÇÕES DE ENTREGA

Local de Entrega das Amostras: Local de Entrega das Amostras: Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde – Rua das Flores, nº 120, Centro, Município Exemplo – UF

Prazo para Entrega das Amostras: 15 dias corridos após solicitação formal dias

# CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Critérios de Aceitação: Atendimento integral às normas técnicas especificadas Integridade física das amostras (sem rasgos ou deformações) Eficiência mínima de filtragem ≥ 98% Ausência de odores e resíduos

#### **OBSERVAÇÕES ESPECIAIS**

O fornecedor deverá garantir que todos os produtos entregues possuam prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da data de entrega e estejam acondicionados em embalagens lacradas e devidamente identificadas.

Data: 16/08/2025
Presidente da CPPM

# EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS

#### Nº 001/2025

#### **IDENTIFICAÇÃO**

Número do Edital: 001/2025

Data de Vinculação ao Processo: 16/08/2025

Data de Publicação: 06/08/2025

#### DOCUMENTO ANEXADO

O edital completo com todos os anexos obrigatórios está disponível em formato PDF.

 $\label{link do Arquivo: https://ruagsbbczuwgfflgcaol.supabase.co/storage/v1/object/public/documentos/editais-pdf/8329e25e-8a01-4fc6-ab15-7a83dd874bde/MINUTA_PADRAO_CloudConvert.pdf$ 

Data: 16/08/2025

Responsável pela vinculação do edital

#### **Grupo Comprar Bem**

#### DOCUMENTAÇÃO DE PRODUTO

Processo nº 001/2025

DAD	OS	DO	PRO	D	UTO

Nome do Produto: Máscara Cirúrgica Tripla Descartável com Elástico

Marca: Protec

Modelo: Máscara n9

Categoria: N/A

Fabricante: Protec

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máscara cirúrgica tripla descartável com elástico, camada externa de TNT, filtro meltblown, camada interna de TNT macio, eficiência de filtragem ≥ 98%, gramatura total de 50g/m², tamanho adulto, cor branca, embalagem com 50 unidades, uso único, sem látex.

#### DOCUMENTO ANEXO

Tipo de Documento: undefined

Descrição: Documento técnico do produto anexado ao processo

Arquivo: undefined

#### AVALIAÇÃO TÉCNICA

Status: aprovado

**Data de Inclusão:** 16/08/2025

#### **Grupo Comprar Bem**

#### DOCUMENTAÇÃO DE PRODUTOS

Processo nº 001/2025

#### RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PRODUTOS

Os seguintes documentos técnicos estão anexados aos produtos deste processo:

Máscara Cirúrgica Tripla Descartável com Elástico
 Documento: undefined

Link: Abrir documento

2. Máscara Cirúrgica Tripla Descartável com Elástico

Documento: undefined

Link: Abrir documento

3. Máscara Cirúrgica Tripla Descartável com Elástico

Documento: MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO - Protec - Fabricante de Equipamentos Médico

Hospital ares.pdf

Link: Abrir documento

# 4. Máscara Cirúrgica Tripla Descartável com Elástico

**Documento:** PROTEC DOCUMENTO.pdf

Link: Abrir documento

Anexo - Produtos

# Grupo Comprar Bem

# RELAÇÃO DE PRODUTOS

Processo nº 001/2025

ITEM	CÓDIGO	PRODUTO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR ESTIMADO
1	N/A	Máscara Cirúrgica	Máscara cirúrgica tripla	R\$ 500
		Tripla Descartável com	descartável com	
		Elástico	elástico, camada	
			externa de TNT, filtro	
			meltblown, camada	
			interna de TNT macio,	
			eficiência de filtragem	
			≥ 98%, gramatura total	
			de 50g/m², tamanho	
			adulto, cor branca,	
			embalagem com 50	
			unidades, uso único,	
			sem látex.	
	1	I	1	I

Índice

#### **Grupo Comprar Bem**

#### ÍNDICE DE DOCUMENTOS

Processo nº 001/2025

	DAD	os c	FERA	IS DO	PRO	CESSO	)
--	-----	------	------	-------	-----	-------	---

Número: 001/2025

Tipo: Padronização de Produtos

Status: Submetido à Autoridade Competente

Órgão: Grupo Comprar Bem

Unidade: Hospital

Data: 15/08/2025

#### RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

FOLHA	DOCUMENTO	DATA	ARQUIVO
Fl. 003	Edital de Pré-Qualificação nº 001/2025 (EDITAL)	16/08/2025	Abrir PDF

Total de documentos:  $1 \mid$  Com arquivos: 1

Total de produtos: 1

Gerado em 16/08/2025 - Sistema Comprar Bem

Produtos

# Grupo Comprar Bem

# PRODUTOS PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO

Processo nº 001/2025

ITEM	CÓDIGO	PRODUTO	ESPECIFICAÇÕES	STATUS
1	N/A	Máscara Cirúrgica Tripla Descartável com Elástico Marca: Protec   Modelo: Máscara n9	Máscara cirúrgica tripla descartável com elástico, camada externa de TNT, filtro meltblown, camada interna de TNT macio, eficiência de filtragem ≥ 98%, gramatura total de 50g/m², tamanho adulto, cor branca, embalagem com 50 unidades, uso único, sem látex.	Pendente

Relatório gerado automaticamente pelo Sistema Comprar Bem

Processo nº 001/2025 - 16/08/2025