

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003****NOME DO ÓRGÃO:** Aloísio - Teste**INTERESSADO(A):** DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**DATA DE AUTUAÇÃO:** 14/09/2025

**OBJETO:** CHAMAMENTO PÚBLICO DESTINADO À REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AUXILIAR DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS PREVISTO NO ART. 80, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, OBJETIVANDO PROMOVER A SELEÇÃO TÉCNICA DE MARCAS E MODELOS DE PRODUTOS QUE POSSUAM OS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE, ESTÉTICA, RENDIMENTO, DURABILIDADE, ADEQUAÇÃO AO USO E À FINALIDADE A QUE SE DESTINAM, CONFORME AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PARA SEREM INCLUÍDOS NO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE BENS PADRONIZADOS, COM VISTAS ÀS AQUISIÇÕES EVENTUAIS E FUTURAS. teste

\_\_\_\_\_

**Fl. 002**

**ALOÍSIO - TESTE**  
**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - MODELO\_1**  
**PROCESSO Nº 003**

**1. JUSTIFICATIVA**

Padronizar materiais para a área de saúde

**2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

Padronizar materiais para a área de saúde

**3. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

Especificação dos Produtos/Serviços: Atadura gessada

**4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Atadura gessada. Requisitos: registro na Anvisa e conformidade com a Norma ABNT 14852 - Produtos têxteis para saúde. Tamanho: 15cm largura x 2,70m de comprimento. Confeccionada em substrato têxtil (algodão ou fibras sintéticas), impregnado com gesso ortopédico e aditivos para regular o tempo de secagem, melhorar a aderência ao substrato e reduzir a perda de pó durante o manuseio.

**5. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO**

Sem manchas, corpos estranhos, falhas, rasgos ou defeitos de acabamento. Cobertura de gesso uniforme. Após molhar, manter textura cremosa, suave e sem arenosidade. As dimensões devem corresponder às indicadas na embalagem, com tolerâncias dimensionais de acordo com as portarias do Inmetro para produtos têxteis hospitalares. Tempo de endurecimento dentro do intervalo estabelecido (nem muito rápido, que atrapalhe a moldagem, nem muito lento, que comprometa o uso. Medido pelo método Vicat. Resistência ao destacamento de camadas. Baixa perda de gesso quando úmida. Resistência tubular. Embalagem deve proteger contra umidade e contaminação. A rotulagem deve conter todas as informações exigidas pela Anvisa (identificação do fabricante, dimensões, lote, instruções de uso e armazenamento). Aceitação final: o material somente será aprovado se todas as amostras ensaiadas cumprirem todos os requisitos especificados acima.

**6. QUANTIDADES E AMOSTRAGEM**

**Quantidade de Amostras:** 3

**Previsão de Aquisições:** 1000

**7. CONDIÇÕES DE ENTREGA**

**Local de Entrega das Amostras:** Rua da Bahia nº 1000

**Prazo de Entrega das Amostras:** Rua da Bahia nº 1000

**8. ENSAIOS EXIGIDOS**

Ensaio realizado conforme a NBR 14852: aspecto, dimensões, tempo de endurecimento inicial (ensaio com aparelho de Vicat), resistência ao destacamento de camadas sobrepostas, gramatura, perda de gesso na imersão (perda de massa), resistência tubular à compressão, ensaio de textura cremosa.

**9. OBSERVAÇÕES ESPECIAIS**

Juntamente com o formulário Requerimento de Pré-Qualificação de Marca e Modelo de Produto, devidamente preenchido e assinado, deverá ser apresentada apenas uma (1) marca do produto nele especificado.

**Fl. 002**

Nestes termos, encaminha-se o presente DFD à autoridade competente, para ciência da presente demanda e autorização para a abertura e instrução do pertinente processo administrativo.

**Data:** 15/09/2025

---

**Equipe Técnica Responsável**

Aloísio - Teste