

## 8.2.6 Mode 25 : 검사결과 탐색

이 모드는 검사결과를 인쇄나 호스트컴퓨터로 재전송하는데 사용한다.

이 모드를 사용하기 전에 Mode 46(통신선의 설정)을 해야 합니다.

09-10-30 12:20

M25 Results search

No. /ID	DATE TIME
No. 4	0310 0930
No. 3	0201 1130
No. 2	0115 1000
No. 1	0101 0900

This indication corresponds to the data tested on 9:00a.m., Jan. 1.

09-10-30 12:20

M25 Results search

No. /ID	DATE TIME
No. 4	0310 0930
No. 3	0201 1130
No. 2	0115 1000
No. 1	0101 0900

PRINT HOST USB TOP

The receiver which is selected by Mode 46 is indicated here.

[Data transmission error]

W090  
Communication ERR  
Check com cable

[키보드 입력]

MODE → 2 → 5 → ENTER

**NOTE:** 기록된 데이터가 최근 순으로 표시됩니다.

(최대 300샘플)

일련번호, ID, 검사날짜,시간이 LCD에 표시됩니다.

- (1) 방향키(▲/▼)를 사용해 탐색한 데이터를 선택하고  
**ENTER**키를 누르세요.

ENTER

- (2) 방향키(<,>)를 사용해 전송할 부분을 선택하고  
**ENTER**키를 누르세요.

ENTER

**NOTE:** Mode 46에서 선택된 데이터 수신처가 여기에 표시  
됩니다.

검사결과를 호스트컴퓨터나[HOST] 기기 프린터  
[PRINT]나 외부프린터[USB]로 전송할 수 있습니다.

**NOTE:** 왼쪽의 그림을 예를들어, 호스트컴퓨터가 Mode 46  
에서 이미 선택되어 있습니다.

**NOTE:** 만약 에러 메시지가 왼쪽처럼 인쇄된다면 데이터  
수신처가 준비되어 있는지 그리고 케이블이 올바  
르게 연결되어 있는지 확인하세요.

- (3) 중지하려면 **STOP**키를 누르세요.