Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17383745-1
Сатып алудың атауы:	Стоматология үшін МБ сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81106970-ОИЗ
Лоттың атауы :	Электрокоагулятор
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электрокоагулятор
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Төле би 94
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бұл құрылғы жоғары жиілікті радиотолқын энергиясын пайдалана отырып, жұмсақ тіндерді дәл кесуге және коагуляциялауға арналған. Кесу және коагуляция жүргізу кезінде тіндердің жарақаттануын азайтуға мүмкіндік береді. Электрод ұстағышы кем дегенде 0,8 мм (2,4 мм) бар биполярлы радиожиілікті коагулятор Сипаттамалары мен сипаттамасы: Желілік кернеу кем дегенде – 220–240 В Қолдану саласы – Аяқтар, Қолдар, Көз айналасындағы тері, Қабақтар, Еріндер, Бет, Мойын, Декольте аймағы, Дене, Мұрын, Тырнақтар, Алақандар, Маңдай, Кеуде, Іш, Бөксе, Сан Тұтынылатын қуат кем дегенде – 70 Вт Аппараттың салмағы кем дегенде – 1,5 кг Электрод диаметрі кем дегенде – 0,8 мм (2,4 мм) Түсі – сұр. Кепілдік мерзімі 24 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17383745-1
Наименование закупки:	Медицинское оборудование для Школы стоматологии
Номер лота:	№ 81106970-ОИЗ
Наименование лота:	Электрокоагулятор
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Электрокоагулятор
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Толе би 94
Срок поставки:	В течений 45 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Радиочастотный электрокоагулятор модель без нейтрального электрода позволяет уменьшить травматичность при осуществлении резки и коагуляции. Коагулятор радиочастотный биполярный: держатель электродов не менее 0,8 мм (2,4 мм) Характеристики и описание Напряжение сети – не менее 220~240 В Область применения - Ноги, Руки, Кожа вокруг глаз, Веки, Губы, Лицо, Шея, Область декольте, Тело, Нос, Ногти, Ладони, Лоб, Грудь, Живот, Ягодицы, Бедра Потребляемая мощность не менее –70 Вт Вес аппарата не менее – 1.5 кг Диаметр электрода не менее – 0.8 мм(2.4мм) Цвет - Серый. Гарантийный срок 24 месяцев.